

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۰/۰۹:

Free Testosterone : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۱۴۳

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۳.۴	۰.۱۲۸	۰.۷۳۱	۰.۸۵۹	۰.۹۸۷	۱.۱۱۵	۱.۳۴۳	۱.۳۷۱	۱.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۱.۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱.۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱.۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱.۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۱.۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱.۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱.۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
۱.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱.۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱.۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۱.۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱.۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱.۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱.۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷

CV%: 6.607	SD: 0.075	Mean: 1.135
------------	-----------	-------------

