

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Free Testosterone
 عنوان دستگاه : الیزا ریدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
 سری ساخت : ۱۱G9۵۳

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۸	۰.۱۰۳	۰.۶۴۱	۰.۷۴۴	۰.۸۴۷	۰.۹۵	۱.۰۵۳	۱.۱۵۶	۱.۲۵۹

مقدار	تاریخ
۰.۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰.۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱.۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰.۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۰.۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱.۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱.۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۰.۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱.۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۱.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۰.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲

CV%: 5.701	SD: 0.056	Mean: 0.984
------------	-----------	-------------

