

عنوان آزمایش : Free Testosterone
 عنوان دستگاه : الایزا ریدر

1G9 اسری ساخت : ۵۳

عنوان کنترل : L کنترل
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1.152	1.096	1.04	0.984	0.928	0.872	0.816	0.056	5.701

تاریخ	مقدار
16/12/1399	1.01
19/12/1399	0.95

تاریخ	مقدار
06/12/1399	1.02
09/12/1399	1
13/12/1399	1.05

تاریخ	مقدار
02/12/1399	1.01
03/12/1399	0.98
05/12/1399	1.04

Mean: 1.008	SD: 0.032	CV%: 3.172
-------------	-----------	------------

