

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

HAV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۸۹	۰.۱	۱.۶۳۴	۱.۷۳۴	۱.۸۳۴	۱.۹۳۴	۲.۰۳۴	۲.۱۳۴	۲.۲۳۴

مقدار	تاریخ
۱.۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۱.۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲.۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۱.۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۱.۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۱.۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱.۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲.۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸

CV%: 5.869	SD: 0.114	Mean: 1.95
------------	-----------	------------

