

عنوان آزمایش : HAV Ab (IgM)-CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT

BE00 سری ساخت : 01537

عنوان کنترل : ABBOTT-1  
شروع کنترل : 1399/07/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.234	2.134	2.034	1.934	1.834	1.734	1.634	0.1	5.189

تاریخ	مقدار
26/04/1400	1.88
27/04/1400	1.77

تاریخ	مقدار
16/04/1400	2.01
20/04/1400	1.78
22/04/1400	1.86
23/04/1400	1.83

تاریخ	مقدار
05/04/1400	1.91
13/04/1400	1.78
14/04/1400	1.98
15/04/1400	2.06

Mean: 1.886	SD: 0.103	CV%: 5.443
-------------	-----------	------------

