

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۹۶۴	۰.۱۲۲	۱.۶۷۸	۱.۸	۱.۹۳۲	۲.۰۴۴	۲.۱۶۶	۲.۲۸۸	۲.۴۱

مقدار	تاریخ
۲.۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲.۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱.۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱.۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱.۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱.۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱.۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲.۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲.۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۲.۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۲.۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲.۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲.۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱.۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱.۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲.۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۸

CV%: 5.96	SD: 0.122	Mean: 2.043
-----------	-----------	-------------

