

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۹۴۵	۰.۱۱۹	۱.۶۴۵	۱.۷۶۴	۱.۸۸۳	۲.۰۰۲	۲.۱۲۱	۲.۲۴	۲.۳۵۹

مقدار	تاریخ
۱.۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱.۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲.۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲.۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۲.۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱.۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱.۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲.۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۱.۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۱.۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱.۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲.۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۲.۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۱.۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۱.۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲.۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۱.۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲.۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲.۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲.۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۱.۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲.۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 6.019	SD: 0.12	Mean: 1.996
------------	----------	-------------

