

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : ABBOTT-1
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۹.۶۹	۰.۱۸۲	۱.۳۳۵	۱.۵۱۷	۱.۶۹۹	۱.۸۸۱	۲.۰۶۳	۲.۲۴۵	۲.۴۲۷

مقدار	تاریخ
۱.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱.۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱.۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱.۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱.۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱.۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۱.۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱.۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱.۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱.۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۱.۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲.۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱.۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱.۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱.۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹

CV%: 4.866	SD: 0.09	Mean: 1.84
------------	----------	------------