

عنوان کنترل : abbot I
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

عنوان آزمایش : (HAV Ab(IgG
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۶۰۲	۰.۲۴۷	۲.۱۲۷	۲.۳۷۴	۲.۶۳۱	۲.۸۶۸	۲.۱۱۵	۲.۲۶۲	۲.۶۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲.۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲.۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲.۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲.۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲.۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲.۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲.۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲.۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲.۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۲.۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲.۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

CV%: 4.911	SD: 0.146	Mean: 2.978
------------	-----------	-------------

