

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سری ساخت : L005۸۵۰۴

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۵۴۳	۰.۱۵	۲.۸۵۹	۲.۰۰۹	۲.۱۵۹	۳.۳۰۹	۲.۴۵۹	۳.۶۰۹	۳.۷۵۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۳.۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۳.۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۳.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۳.۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۳.۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳.۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۳.۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳.۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۳.۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۳.۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳.۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۳.۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

CV%: 2.556	SD: 0.086	Mean: 3.375
------------	-----------	-------------

