

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
عنوان کنترل : abbot  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱  
سری ساخت : /L005۸۵۰۴

%CV	SD	SD <sub>۲-</sub>	SD <sub>۲-</sub>	SD <sub>۱-</sub>	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۵.۲۶۶	۰.۱۶۵	۲.۶۳۲	۲.۷۹۷	۲.۹۶۲	۳.۱۲۷	۳.۲۹۲	۳.۴۵۷	۳.۶۲۲

مقدار	تاریخ
۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۳.۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۳.۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴

CV%: 4.286	SD: 0.131	Mean: 3.06
------------	-----------	------------

