

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
سری ساخت : /L005۸۵۰۴

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۶۰۸	۰.۱۱۶	۲.۸۷۹	۲.۹۹۵	۳.۱۱۱	۳.۲۲۷	۳.۳۴۳	۳.۴۵۹	۳.۵۷۵

مقدار	تاریخ
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۳.۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۳.۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۳.۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۳.۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳.۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۳.۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۳.۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴

CV%: 3.806	SD: 0.123	Mean: 3.223
------------	-----------	-------------

