

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سری ساخت : L005۸5۰۴

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۳	۰.۵۳۷	۱.۵۹۹	۲.۱۳۶	۲.۶۷۳	۳.۳۱	۳.۷۴۷	۴.۲۸۴	۴.۸۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۳.۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۳.۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳.۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۳.۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۳.۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳.۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۳.۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۳.۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۳.۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۳.۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۳.۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۳.۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۳.۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۳.۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۳.۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳.۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۳.۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳.۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴

CV%: 4.543	SD: 0.15	Mean: 3.309
------------	----------	-------------

