

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سری ساخت : L005۸5۰۴

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۶۹۹	۰.۰۹	۲.۰۷	۲.۱۶	۲.۲۵	۲.۳۴	۲.۴۳	۲.۵۲	۲.۶۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۳.۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳.۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
		۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
		۳.۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳.۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
CV%: 2.996		SD: 0.099		Mean: 3.301	

