

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : //L0058504
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
عنوان کنترل : abbott

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۳	۰.۵۳۷	۱.۵۹۹	۲.۱۳۶	۲.۶۷۳	۳.۲۱	۲.۷۴۷	۴.۲۸۴	۴.۸۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳.۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۳.۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳.۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳.۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۳.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳.۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷
۳.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۳.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۳.۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۳.۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۳.۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳.۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۳.۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۳.۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۳.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۳.۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۳.۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۳.۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

CV%: 3.984	SD: 0.131	Mean: 3.28
------------	-----------	------------

