

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۱:

سری ساخت : /BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
(IgG/M/A

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۳۳	۰.۱۸۵	۲.۱۱۴	۲.۲۹۹	۲.۴۸۴	۲.۶۶۹	۲.۸۵۴	۳.۰۳۹	۲.۲۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲.۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲.۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲.۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲.۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۷۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲.۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۲.۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲.۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۲.۲۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۲.۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۲.۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۲.۴۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲.۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۲.۹۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۲.۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲.۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۲.۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲.۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲.۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲.۷۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲

CV%: 6.708	SD: 0.173	Mean: 2.585
------------	-----------	-------------

