

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diasorin-High : عنوان کنترل :

HbCAb (Total: : عنوان آزمایش :

(IgG/M/A

لیازون : عنوان دستگاه :

شروع کنترل : سری ساخت : ۵۹۱۰۴۹۰
۱۳۹۸/۱۲/۰۳:

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۳۰۵	۰.۰۲	۰.۳۹۳	۰.۴۱۳	۰.۴۳۳	۰.۴۵۳	۰.۴۷۳	۰.۴۹۳	۰.۵۱۳

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۰.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۰.۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۰.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۱
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴
۰.۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۰.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۰.۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰.۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۰.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۰.۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۰.۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۰.۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۹

CV%: 4.489	SD: 0.02	Mean: 0.454
------------	----------	-------------