

Diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

HBsAb : عنوان آزمایش :
سری ساخت: ۷۰۲۶۰۶۰- / LIASON : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳.۲۱۳	۱.۶۹۸	۴۷.۷۶۳	۴۹.۴۶۱	۵۱.۱۵۹	۵۲.۸۵۷	۵۴.۵۵۵	۵۶.۲۵۳	۵۷.۹۵۱

مقدار	تاریخ
۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۵۱.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۲.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰

CV%: 3.158	SD: 1.633	Mean: 51.727
------------	-----------	--------------

