

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۲۳	۰,۲۰۵	۲,۷۹۵	۳	۳,۲۰۵	۳,۴۱	۳,۶۱۵	۳,۸۲	۴,۰۲۵

مقدار	تاریخ
۳,۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۲,۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳,۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۳,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳,۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳,۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۳,۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳,۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۳,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۳,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳,۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 8.409	SD: 0.292	Mean: 3.47
------------	-----------	------------

