

عنوان آزمایش : HBsAg (Q)

عنوان دستگاه : E411 کوباس سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

ROCHE I

| 3SD   | 2SD   | 1SD   | MEAN  | -1SD  | -2SD  | -3SD  | SD    | CV%  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 4.166 | 3.849 | 3.532 | 3.215 | 2.898 | 2.581 | 2.264 | 0.317 | 9.85 |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 27/01/1403 | 3.56  |
| 28/01/1403 | 3.44  |
| 29/01/1403 | 3.65  |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 18/01/1403 | 3.57  |
| 19/01/1403 | 2.79  |
| 20/01/1403 | 3.79  |
| 21/01/1403 | 3.6   |
| 25/01/1403 | 3.3   |
| 26/01/1403 | 3.2   |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 07/01/1403 | 2.76  |
| 08/01/1403 | 3.18  |
| 11/01/1403 | 3.35  |
| 14/01/1403 | 3.49  |
| 15/01/1403 | 3.59  |
| 16/01/1403 | 3.59  |

|             |           |            |
|-------------|-----------|------------|
| Mean: 3.391 | SD: 0.301 | CV%: 8.891 |
|-------------|-----------|------------|

