

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

(HBsAg (Q : عنوان آزمایش :
liaison : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۰۰۴۲۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷.۵۸۷	۰.۷۸۴	۷.۹۸۱	۸.۷۶۵	۹.۵۴۹	۱۰.۳۳۳	۱۱.۱۱۷	۱۱.۹۰۱	۱۲.۶۸۵

مقدار	تاریخ
۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۹.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰

CV%: 5.654	SD: 0.563	Mean: 9.955
------------	-----------	-------------

