

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۴۱۲	۰,۴۱۲	۲,۷۲۳	۳,۱۳۵	۳,۵۴۷	۳,۹۵۹	۴,۳۷۱	۴,۷۸۳	۵,۱۹۵

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳,۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳,۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳,۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳,۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۴,۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳,۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۴,۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۴,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴,۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 9.168	SD: 0.349	Mean: 3.812
------------	-----------	-------------

