

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۰۸۴	۰,۳۴۸	۲,۷۸۵	۳,۱۳۳	۳,۴۸۱	۳,۸۲۹	۴,۱۷۷	۴,۵۲۵	۴,۸۷۳

مقدار	تاریخ
۴,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳,۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۴,۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۴,۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۴,۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۴,۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۴,۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۴,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۴,۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۴,۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۴,۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳,۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳,۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۴,۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۴,۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۴,۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 9.005	SD: 0.373	Mean: 4.146
------------	-----------	-------------



22