

Qualitative

HDV Ab	: آزمایش ۱	۱۴۰۱	پنج شنبه ۳۰ تیر	: تاریخ
کنترل مثبت	: کنترل	DIAPRO		: کیت
DIAPRO	: شرکت سازنده	DIAPRO		: شرکت سازنده
	: سری ساخت	C5T8/11		: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۱/۲۰۲۳		: تاریخ انقضاء
	: مرجع معیار پذیرش	۰.۱ تا ۰.۰۱		: معیار پذیرش
				: توضیحات

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۸۳	
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۷۳	
۱۴۰۱/۰۵/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۵۲	
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۷۴	
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۰.۰۵۹	