

عنوان کنترل : Level I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

عنوان آزمایش : HE4 (CLIA)
عنوان دستگاه : الایزریدر
سری ساخت : H85e7H4

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۹۷	۱,۲۴۴	۲۳,۹۲۱	۲۵,۱۶۵	۲۶,۴۰۹	۲۷,۶۵۳	۲۸,۸۹۷	۳۰,۱۴۱	۳۱,۳۸۵

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۲۷,۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۲۸,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰
۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲

CV%: 2.514	SD: 0.691	Mean: 27.5
------------	-----------	------------

