

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۷۶۹۸۸۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۷۲	۲,۶۳۳	۳۸,۵۲۱	۴۱,۱۵۴	۴۳,۷۸۷	۴۶,۴۲	۴۹,۰۵۳	۵۱,۶۸۶	۵۴,۳۱۹

مقدار	تاریخ
۴۵,۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۴۷,۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱

CV%: 3.706	SD: 1.708	Mean: 46.069
------------	-----------	--------------

