

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :
Elecsys : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۳۵	۲۶,۲۹۶	۲۶۵,۵۱۲	۲۹۱,۸۰۸	۳۱۸,۱۰۴	۳۴۴,۴	۳۷۰,۶۹۶	۳۹۶,۹۹۲	۴۲۳,۲۸۸

مقدار	تاریخ
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶

CV%: 5.461	SD: 18.972	Mean: 347.429
------------	------------	---------------



Control LOW : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : Elecsys
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۴۷	۲,۷۹۲	۳۸,۵۷۴	۴۱,۳۶۶	۴۴,۱۵۸	۴۶,۹۵	۴۹,۷۴۲	۵۲,۵۳۴	۵۵,۳۲۶

مقدار	تاریخ
۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۴

CV%: 5.119	SD: 2.38	Mean: 46.5
------------	----------	------------

