

Percicontrol II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۱۶۳۲۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴	۳۰	۲۴۳	۲۷۳	۳۰۳	۳۳۳	۳۶۳	۳۹۳	۴۲۳

مقدار	تاریخ
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۱
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴

CV%: 4.24	SD: 14.138	Mean: 333.455
-----------	------------	---------------

