

Percicontrol II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۷۱۶۳۲۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۴	۱۴,۱۳۸	۲۹۱,۰۴۱	۳۰۵,۱۷۹	۳۱۹,۳۱۷	۳۳۳,۴۵۵	۳۴۷,۵۹۳	۳۶۱,۷۳۱	۳۷۵,۸۶۹

مقدار	تاریخ
۳۲۰,۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۳۳,۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۳۴۶,۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۳۳۰,۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۳۲۰,۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷

CV%: 2.625	SD: 8.69	Mean: 331.06
------------	----------	--------------



Level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : H85e7H4

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸	۴	۱۵,۴	۱۹,۴	۲۳,۴	۲۷,۴	۳۱,۴	۳۵,۴	۳۹,۴

مقدار	تاریخ
۲۴,۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۲۸,۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴
۳۰,۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۲۷,۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰
۲۷,۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱

CV%: 7.8	SD: 2.175	Mean: 27.89
----------	-----------	-------------

