

عنوان کنترل : Level I
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

عنوان آزمایش : HE4 (CLIA)
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : H85e7H4

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۵۲۵	۲,۳۵	۲۰,۵۱	۲۲,۸۶	۲۵,۲۱	۲۷,۵۶	۲۹,۹۱	۳۲,۲۶	۳۴,۶۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸
۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱
۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۲۹,۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۱

CV%: 4.749	SD: 1.313	Mean: 27.654
------------	-----------	--------------

