

Level II : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA

عنوان دستگاه : الایزایدر سری ساخت : H85E7H4


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۶۱	۹,۱۹۲	۳۷۸,۹۲۴	۳۸۸,۱۱۶	۳۹۷,۳۰۸	۴۰۶,۵	۴۱۵,۶۹۲	۴۲۴,۸۸۴	۴۳۴,۰۷۶

مقدار	تاریخ
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴

CV%: 1.314	SD: 5.354	Mean: 407.333
------------	-----------	---------------



Level I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : H85e7H4

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۴۷۹	۱,۷۸۹	۲۲,۲۴۶	۲۴,۰۳۵	۲۵,۸۲۴	۲۷,۶۱۳	۲۹,۴۰۲	۳۱,۱۹۱	۳۲,۹۸

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱

CV%: 4.896	SD: 1.342	Mean: 27.4
------------	-----------	------------

