

DIASORIN -high : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۲:

HBsAb-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۸۴۵۰

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۵.۷۵۹	۰.۰۳۴	۰.۴۹	۰.۵۲۴	۰.۵۵۸	۰.۵۹۲	۰.۶۲۶	۰.۶۶	۰.۶۹۴

مقدار	تاریخ
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۰.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۰.۵۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸

CV%: 5.486	SD: 0.032	Mean: 0.579
------------	-----------	-------------

