

عنوان آزمایش : HBeAb-CLIA

عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : 598450

عنوان کنترل :

DIASORIN -high

شروع کنترل : 1400/01/22

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.694	0.66	0.626	0.592	0.558	0.524	0.49	0.034	5.759

تاریخ	مقدار
26/04/1400	0.54
27/04/1400	0.57

تاریخ	مقدار
16/04/1400	0.55
20/04/1400	0.61
22/04/1400	0.64
23/04/1400	0.6

تاریخ	مقدار
05/04/1400	0.62
13/04/1400	0.55
14/04/1400	0.61
15/04/1400	0.58

Mean: 0.587	SD: 0.034	CV%: 5.794
-------------	-----------	------------

