

عنوان کنترل : DIASORIN -high
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۲:

عنوان آزمایش : HBeAb-CLIA
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۵۹۸۴۵۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۲	۰.۰۴	۰.۴۵۸	۰.۴۹۸	۰.۵۳۸	۰.۵۷۸	۰.۶۱۸	۰.۶۵۸	۰.۶۹۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۰.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۰.۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۰.۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۰.۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸

CV%: 5.921	SD: 0.034	Mean: 0.569
------------	-----------	-------------

