

DIASORIN II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBeAg-CLIA : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۹.۷۹۱	۰.۰۴۳	۰.۳۱۲	۰.۳۵۵	۰.۳۹۸	۰.۴۴۱	۰.۴۸۴	۰.۵۲۷	۰.۵۷

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۰.۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۴

CV%: 8.537	SD: 0.037	Mean: 0.431
------------	-----------	-------------

