

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBeAg-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۴۵۳	۰.۰۴۵	۰.۳۴	۰.۳۸۵	۰.۴۳	۰.۴۷۵	۰.۵۲	۰.۵۶۵	۰.۶۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۰.۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۰.۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۰.۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۰.۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۰.۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۰.۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۰.۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۰.۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۰.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۰.۴۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۰.۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹

CV%: 11.564	SD: 0.058	Mean: 0.502
-------------	-----------	-------------

