

عنوان آزمایش : HBeAg

عنوان دستگاه : لیازون سری ساخت : ۵۹۶۰۵۶۰

عنوان کنترل :

DIASORIN II

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

| 3SD   | 2SD   | 1SD   | MEAN  | -1SD  | -2SD  | -3SD  | SD    | CV%    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 0.727 | 0.646 | 0.565 | 0.484 | 0.403 | 0.322 | 0.241 | 0.081 | 16.696 |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 27/01/1403 | 0.49  |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 19/01/1403 | 0.66  |
| 20/01/1403 | 0.45  |
| 21/01/1403 | 0.46  |
| 25/01/1403 | 0.48  |

| تاریخ      | مقدار |
|------------|-------|
| 14/01/1403 | 0.6   |
| 15/01/1403 | 0.41  |
| 16/01/1403 | 0.59  |
| 18/01/1403 | 0.63  |

|            |          |             |
|------------|----------|-------------|
| Mean: 0.53 | SD: 0.09 | CV%: 17.033 |
|------------|----------|-------------|

