

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBeAg-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۹.۷۹۱	۰.۰۴۳	۰.۳۱۲	۰.۳۵۵	۰.۳۹۸	۰.۴۴۱	۰.۴۸۴	۰.۵۲۷	۰.۵۷

مقدار	تاریخ
۰.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۰.۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۰.۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۰.۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۰.۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰.۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۰.۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۰.۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰.۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۰.۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸

CV%: 11.159	SD: 0.049	Mean: 0.438
-------------	-----------	-------------

