

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : HBeAg
 عنوان کنترل : DIASORIN II
 عنوان دستگاه : لیازون
 سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۵.۱۴۷	۰.۰۷۶	۰.۳۷۷	۰.۳۵۳	۰.۴۳۹	۰.۵۰۵	۰.۵۸۱	۰.۶۵۷	۰.۷۳۳

مقدار	تاریخ
۰.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۰.۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۰.۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۰.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

CV%: 5.959	SD: 0.026	Mean: 0.442
------------	-----------	-------------

