

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۳

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۲.۹۳۴	۶.۵۶۲	۳۱.۰۵۱	۳۷.۶۱۳	۴۴.۱۷۵	۵۰.۷۳۷	۵۷.۲۹۹	۶۳.۸۶۱	۷۰.۴۲۳

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۶۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۴

CV%: 16.693	SD: 8.286	Mean: 49.636
-------------	-----------	--------------

