

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۴

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۳۰۷	۱۱.۴۰۲	۱۸۰.۶۳۷	۱۹۳.۰۲۹	۲۰۳.۴۳۱	۲۱۴.۸۳۳	۲۲۶.۲۳۵	۲۳۷.۶۳۷	۲۴۹.۰۳۹

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۲۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

CV%: 3.928	SD: 8.367	Mean: 213
------------	-----------	-----------

