

عنوان کنترل : biorad III
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

سری ساخت : -/۴۰۳۸۳

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۱	۷.۷۱۷	۷۱.۶۹۹	۷۹.۴۱۶	۸۷.۱۳۳	۹۴.۸۵	۱۰۲.۵۶۷	۱۱۰.۲۸۴	۱۱۸.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۹۷.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۹۰.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹۵.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۰
۹۴.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹۶.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۹۹.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۹۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۹۲.۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۹۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۷.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۹۶.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۹۵.۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹۵.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹۳.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹۵.۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۸۸.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۹۶.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۹۰.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۹۸.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۹۰.۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۹۰.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۹۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۹۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

CV%: 4.116	SD: 3.91	Mean: 95.014
------------	----------	--------------

