

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA  
عنوان دستگاه : IDS  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۸۷۲	۲.۵۶	۸۱.۴۷	۸۴.۰۳	۸۶.۵۹	۸۹.۱۵	۹۱.۷۱	۹۴.۲۷	۹۶.۸۳

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۴

CV%: 3.669	SD: 3.202	Mean: 87.25
------------	-----------	-------------

