

Control II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۴

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۱۱.۱۲۶	۲۲.۰۱۱	۱۳۱.۸	۱۵۳.۸۱۱	۱۷۵.۸۲۳	۱۹۷.۸۳۳	۲۱۹.۸۴۴	۲۴۱.۸۵۵	۲۶۳.۸۶۶

مقدار	تاریخ
۱۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۳
۱۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۹۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸

CV%: 13.64	SD: 26.336	Mean: 193.077
------------	------------	---------------

