

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA

عنوان دستگاه : IDS

سری ساخت : ۴۳۷۴

عنوان کنترل :

Control II

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
265.935	243.201	220.467	197.733	174.999	152.265	129.531	22.734	11.497

تاریخ	مقدار
09/03/1400	218
10/03/1400	218

تاریخ	مقدار
08/03/1400	208
08/03/1400	228

تاریخ	مقدار
01/03/1400	178
02/03/1400	215

Mean: 210.833	SD: 17.325	CV%: 8.218
---------------	------------	------------

