

عنوان آزمایش : IGF-1-CLIA

عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : 1410291

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/03/11

Diasorin I

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
90.854	83.205	75.556	67.907	60.258	52.609	44.96	7.649	11.263

تاریخ	مقدار
12/04/1400	61
13/04/1400	68
14/04/1400	69.4

تاریخ	مقدار
07/04/1400	72.6
08/04/1400	73
09/04/1400	75
10/04/1400	69

تاریخ	مقدار
01/04/1400	82
02/04/1400	75
05/04/1400	73
06/04/1400	68.1

Mean: 71.464	SD: 5.34	CV%: 7.472
--------------	----------	------------

