

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۳

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۴.۷۸۸	۷.۲۱	۲۷.۱۲۳	۳۴.۳۳۳	۴۱.۵۴۳	۴۸.۷۵۳	۵۵.۹۶۳	۶۳.۱۷۳	۷۰.۲۸۳

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۷

CV%: 11.637	SD: 6.03	Mean: 51.818
-------------	----------	--------------

