

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۳

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۲.۲۷۵	۶.۴۳۶	۳۲.۱۲۵	۳۹.۵۶۱	۴۵.۹۹۷	۵۲.۴۳۳	۵۸.۸۶۹	۶۵.۳۰۵	۷۱.۷۴۱

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۶۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷

CV%: 9.112	SD: 4.997	Mean: 54.846
------------	-----------	--------------

