

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

سری ساخت : ۴۳۷۴

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۱۳۷	۱۳.۱۹۷	۱۷۵.۴۴۲	۱۸۸.۶۳۹	۲۰۱.۸۳۶	۲۱۵.۰۳۳	۲۲۸.۲۳	۲۴۱.۴۳۷	۲۵۴.۶۳۴

مقدار	تاریخ
۲۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۲۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۰۸

CV%: 4.781	SD: 10.484	Mean: 219.286
------------	------------	---------------

