

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

سری ساخت : ۴۳۷۳ /

IGF-1-CLIA : عنوان آزمایش :
IDS : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۴	۴.۳	۴۰.۸	۴۵.۱	۵۳.۷	۵۸	۶۲.۳	۶۶.۶

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

CV%: 7.901	SD: 4.583	Mean: 58
------------	-----------	----------

